

## 土壤全铁检测试剂盒（微量法）

**注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。**

### 测定意义：

铁元素是一种十分重要的植物营养元素，土壤中铁含量直接影响着植物吸收利用以及生长代谢。

### 测定原理：

在 pH2-9 范围内，盐酸羟胺将三价铁转化为二价铁，与邻菲罗琳反应生成橙红色配合物，在 510nm 有特征吸收峰。

### 试剂组成和配制：

提取剂：粉剂×1 瓶，4℃保存。

提取液：液体 100mL×4 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 2mL×1 瓶，4℃避光保存。

试剂二：液体 6mL×1 瓶，4℃保存。

试剂三：液体 4mL×1 瓶，4℃避光保存。

### 样本处理：

新鲜土样风干，过 100 目筛，按照土壤质量（g）：提取剂质量(g)为 1：4 的比例（建议称取约 0.1g 土样，加入 0.4g 提取剂）缓慢加入提取剂于坩埚中，边加边搅拌均匀，然后在马弗炉中 550℃熔融 10min，然后在 920℃熔融 30min，趁热取出坩埚，将熔融物转入烧杯，边搅拌边加 4mL 提取液，必要时加盖，从烧杯口加入，防止溶液溅出，溶解 30min 后，5000g，25℃离心 10min，取上清液待测。

### 测定步骤表：

	空白管	测定管
样本（ $\mu\text{L}$ ）		20
试剂一（ $\mu\text{L}$ ）	20	20
试剂二（ $\mu\text{L}$ ）	60	60
试剂三（ $\mu\text{L}$ ）	40	40
H <sub>2</sub> O（ $\mu\text{L}$ ）	80	60
充分混匀，25℃静置 20min		
于微量石英比色皿/96 孔板，蒸馏水调零，测定 510nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$		

## 计算公式:

### a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线:  $y = 0.1569x - 0.0173$ ,  $R^2 = 0.9992$

$$\begin{aligned} \text{全铁含量 (mg/kg)} &= (\Delta A + 0.0173) \div 0.1569 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 254.94 \times (\Delta A + 0.0173) \div W \end{aligned}$$

V 反总: 反应总体积, 0.2mL;

V 样: 反应体系中加入样本体积, 0.02mL;

V 样总: 加入提取液体积, 4mL,

W: 样本质量, g

### b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

标准曲线:  $y = 0.0785x - 0.0173$ ,  $R^2 = 0.9992$

$$\begin{aligned} \text{全铁含量 (mg/kg)} &= (\Delta A + 0.0173) \div 0.0785 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 509.55 \times (\Delta A + 0.0173) \div W \end{aligned}$$

V 反总: 反应总体积, 0.2mL;

V 样: 反应体系中加入样本体积, 0.02mL;

V 样总: 加入提取液体积, 4mL,

W: 样本质量, g