

# 热电偶清洗退火柜

## 型号THA1000



THA1000热电偶退火柜

### 概述

THA1000 热电偶清洗退火柜是按照《JJG75-95》、《JJG167-1995》、《JJG141-2000》、《JJG668-1997》检定规程设计，对标准、工作用贵金属热电偶进行检定前的通电清洗和退火。将热电偶丝挂在专用的夹子上，通电后调节工作电流，按照检定规程规定的时间进行清洗退火。

### 技术参数

环境温度	0 ~ 30°C, 相对湿度≤ 85% RH;
工作电压	AC 220V, 50 Hz
工作电流	0 ~ 10.5A
电流显示准确度	±0.1A
电流调节准确度	0.5 级
时间调节精度	1S
退火热电偶支数	2 支
电压调节范围	0 ~ 160V